

Łódź, dnia 25 czerwca 2019 roku

MCM.G.S 540/2019

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania pt.: „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi poprzez utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170”, (nr sprawy ZP/5/2019).

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznik nr 3a

W punkcie 204 (wymagania na serwer PACS) jako jedno z urządzeń – źródeł obrazu (modality) – wymienione jest „DR”. Wydaje się że jest to oczywista pomyłka pisarska gdyż radiologia cyfrowa określana jest jako „DX”; skrót „DR” występuje jako potoczne określenie cyfrowej radiologii bezpośredniej, określenie zgodne ze standardem DICOM to „DX”. Prosimy o poprawienie tej oczywistej pomyłki.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zarówno skrót „DX” jak i „DR”.

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznik nr 3a

W punkcie 207 (wymagania na serwer PACS) Zamawiający wymaga sygnalizacji obecności innych badań pacjenta i możliwości ich szybkiego wyświetlania. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wymaganie to jest spełnione poprzez oprogramowanie stacji diagnostycznej i przeglądowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wymaganie to jest spełnione poprzez oprogramowanie stacji diagnostycznej i przeglądowej.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Podpis Kierownika Zamawiającego

Z-ca Dyrektora
Piotr Łopata