



Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219
www.pis.lodz.pl e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl

1095/2019

ŁPWIS.NSOZNS.9022.3.37.2019.AK

Łódź, dnia.....
2019-05-11

Pani Żaneta Iwańczyk
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego
„Górna” w Łodzi
ul. Rzgowska 170
93 – 331 Łódź

p. A. Osiniak

dotyczy: uzgodnienia projektu „Obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim” sporządzonego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG działającej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego „GÓRNA” w Łodzi zlokalizowanej przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje odpowiedź na wniosek z dnia 24.04.2019 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi – 26.04.2019 r.) w ww. sprawie wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up.
Nina Niezabitowska-Kowalczyk
Zastępca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Pani Żaneta Iwańczyk – Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
ul. Rzgowska 170, 93 – 311 Łódź,
2. a/a.

Miejskie Centrum Medyczne
„GÓRNA” w Łodzi
15. 05. 2019
wpłynęło.....



Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219
www.pis.lodz.pl e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl

ŁPWIS.NSOZNS.9022.3.37.2019.AK

Łódź, dnia ~~2019-05-11~~ 11

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi
ul. Rzgowska 170
93 – 311 Łódź

dotyczy: uzgodnienia projektu „Obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim” sporządzonego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG działającej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego „GÓRNA” w Łodzi zlokalizowanej przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi wydanego na wniosek Pani Żanety Iwańczyk – Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Rzgowska 170, 93 – 311 Łódź.

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180, poz. 1325), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 168) – Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z projektem osłon stałych przedłożonym przy wniosku Pani Żanety Iwańczyk z dnia 24.04.2019 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi – 26.04.2019 r.) znak: MCM.G.T.I.327.2019

u z g a d n i a

bez zastrzeżeń projekt „Obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim” sporządzonego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG działającej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego „GÓRNA” w Łodzi zlokalizowanej przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi.

U Z A S A D N I E N I E

Przedłożony do uzgodnienia projekt osłon stałych obejmuje swym zakresem wyliczenie i dobór osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym, którego źródłem będzie aparat diagnostyczny rtg do zdjęć kostno - płucnych. Aparat zostanie zamontowany w gabinecie rtg działającym w ramach Miejskiego Centrum Medycznego „GÓRNA” w Łodzi zlokalizowanego przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi. W obliczeniach przyjęto maksymalne parametry pracy aparatu, co pozwala na zainstalowanie dowolnego typu aparatury o podobnych parametrach i analogicznym ustawieniu. Ekspozycję zdjęć przewiduje się z wyznaczonego stanowiska w sterowni. Przedmiotowy gabinet należy wyposażać w urządzenie umożliwiające kontakt z pacjentem pomiędzy gabinetem a sterownią zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. Pomieszczenie gabinetu usytuowane

jest na II piętrze trzykondygnacyjnego budynku. Z przedmiotowym gabinetem w skład, którego wchodzi sterownia sąsiaduje: pokój opisowy, dwie przebieralnie, korytarz, teren zewnętrzny, pod – gabinety lekarskie.

Zgodnie z obliczeniami: projektowane ścianki ochronne E-F i E-H pomiędzy gabinetem a sterownią winny posiadać osłonność minimum 0,6 mmPb (projektuje się ścianki z płyty k-g z powłoką ołowianą o osłonności 1 mmPb), projektowane ściany F-G pomiędzy gabinetem a korytarzem i A-G pomiędzy gabinetem i przebieralniami winny mieć osłonność minimum 0,7 mmPb (zaprojektowano ściany z cegły pełnej 12 cm o osłonności 1 mmPb), projektowana ściana C-D pomiędzy gabinetem, sterownią a pokojem opisowym winna mieć osłonność minimum 0,7 mmPb (zaprojektowano ścianę z płyty k-g z powłoką ołowianą o osłonności 1 mmPb), okno wglądowe OW w sterowni winno mieć osłonność minimum 0,6 mmPb (zaprojektowano okno wglądowe ochronne o osłonności 1 mmPb), drzwi do przebieralni D1 i D2 winny mieć osłonność minimum 0,6 mmPb (zaprojektowano drzwi ochronne o osłonności 1 mmPb). Pozostałe istniejące przegrody stałe, w tym okna, dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają. Suma dawek promieniowania jonizującego dla pracowników oraz osób z ogółu ludności nie będzie przekraczała dawek granicznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 168) oraz limitów dawek określonych w powołanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180, poz. 1325). Obliczeń osłon stałych dokonano zgodnie z normą PN-86/J-80001.

Pomieszczenie gabinetu rtg posiada powierzchnię 27,99 m², wysokość 2,94 m w świetle, dostęp światła dziennego oraz wentylację, która zapewnia co najmniej 1,5 - krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Projekt wentylacji stanowi odrębne opracowanie.

Przed uruchomieniem aparatu należy przeprowadzić pomiary kontrolne osłabienia promieniowania przez osłony stałe.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest łącznie z projektem, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up.
Nina Niezabitowska-Kowalczyk
Zastępca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Pani Żaneta Iwańczyk – Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
ul. Rzgowska 170, 93 – 311 Łódź,

zwrot dokumentacji: 1 egz. – projekt „Obliczenia osłon...”

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,
2. Oddział Higieny Radiacyjnej w miejscu,
3. a/a.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Wodnej 40, 90-046 Łódź;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łodzi są następujące: Wojewódzka Stacja Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź; redakcja@pis.lodz.pl;
- podanie danych osobowych we wniosku jest wymogiem ustawowym [art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)] lub koniecznością w celu otrzymania odpowiedzi;
- dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzonego postępowania;
- odbiorcami danych będą tylko organy upoważnione z mocy prawa oraz strony postępowania [art. 3. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 z późn.zm.)];
- każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku, gdy podanie danych nie jest wymogiem ustawowym) lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych oraz wniesienia skargi;
- przetwarzanie danych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. Nr 14, poz. 67) oraz do momentu ustania użyteczności.

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up.
Nina Niezabitowska-Kowalczyk
Zastępca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

